



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Kraków, dn. 23 czerwca 2026 r.

Nr sprawy: **DA-271-6/2026**

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „**Dostawa 4 szt. komór klimatycznych, fitotronowych, z nawilżaczem parowym, do hodowli roślin**”, realizowaną w ramach projektu FENX.01.05-IW.01-0013/24 Ochrona czynna dzwonka piłkowanego oraz innych cennych gatunków roślin górskich.

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje o wpłynięciu wniosku od Wykonawcy dotyczącego zmiany warunków zamówienia (dotyczy wprowadzenia płatności częściowych / ratałnych) oraz zamieszcza odpowiedź na wniosek, a także modyfikuje treść zapytania ofertowego:

Wniosek: Zwracam się z wnioskiem o modyfikację zapisów wzoru umowy w zakresie warunków płatności (§ 4 wzoru umowy) poprzez wprowadzenie możliwości rozliczania etapowego (płatności częściowych) za każdą dostarczoną i odebraną sztukę urządzenia, zamiast jednorazowej płatności końcowej po dostawie wszystkich 4 sztuk komór. Prosimy o możliwość rozliczenia co dostarczoną maszynę (podział płatności na 4 transze) lub jeśli to niemożliwe na 2 transze (co 2 maszyny).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych, bieżącej weryfikacji dostarczanych kolejno urządzeń, ich oprogramowania oraz parametrów technicznych, a tym samym płatności częściowych/ratałnych. Zamawiający oczekuje urządzeń produkowanych seryjnie, skalibrowanych i przetestowanych u producenta, gotowych do instalacji i uruchomienia w miejscu docelowym. Wszystkie cztery komory muszą być identyczne pod względem technologicznym, konstrukcyjnym i funkcjonalnym (różnią się jedynie modułami LED paneli oświetleniowych – z dostępnymi trzema lub czterema barwami światła).

Modyfikacja 1: Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału III, poprzez dodanie w ust. 11 pkt 8, który przyjmuje brzmienie:

8) Wszystkie komory (I, II, III, IV) identyczne pod względem technologicznym, konstrukcyjnym i funkcjonalnym dla zapewnienia stałości i powtarzalności parametrów oraz wykluczenia różnicowania warunków hodowlanych pomiędzy urządzeniami, skalibrowane i przetestowane u producenta, gotowe do instalacji i uruchomienia w miejscu docelowym.

Modyfikacja 2: Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału IV, który przyjmuje brzmienie:

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

- 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, czyli posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy laboratoryjnych urządzeń termostatycznych każda na kwotę o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 zł).*
- 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 dotyczących zdolności zawodowej i technicznej Wykonawca wraz z ofertą złoży wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich*

należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Modyfikacja 3: Zamawiający modyfikuje treść ust. 3 i ust. 6 Rozdziału VIII, które przyjmuje brzmienie:

3. *Wraz z ofertą należy złożyć następujące załączniki:*
 - 1) *oświadczenie o braku powiązań i konfliktu interesów oraz braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);*
 - 2) *wykaz dostaw według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wyjaśnień i modyfikacji z dn. 23.06.2026 r.) wraz dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należyście;*
 - 3) *karty katalogowe oferowanych produktów lub dokumenty równoważne potwierdzające, że oferowane produkty spełniają zapisy SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;*
 - 4) *pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę.*
6. *Oferty należy dostarczyć do **29.06.2025 r. do godz. 12.00**. Decyduje data wpływu oferty na pocztę zamówienia@iop.krakow.pl.*

Załącznik:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

Wykaz dostaw – załącznik nr 2.

Zatwierdziła:

**prof. dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak Dyrektor
Instytutu Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk**