

Kraków, dnia 7 lipca 2026 r.

Znak sprawy: **DA-271-6/2026**

STRONA INTERNETOWA

WYKONAWCY

wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

pn. „Dostawa 4 szt. komór klimatycznych, fitotronowych, z nawilżaczem parowym, do hodowli roślin”, realizowana w ramach projektu FENX.01.05-IW.01-0013/24 Ochrona czynna dzwonka piłkowanego oraz innych cennych gatunków roślin górskich.

1. Zamawiający – Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk; al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków – w wyniku badania i oceny ofert Zamawiający odrzucił:
 - 1) Ofertę nr 2 Wykonawcy ERDA Sp. z o.o.; ul. Wiosenna 10, 10-361 Olsztyn ponieważ:
 - a) Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, tj. nie udowodnił, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy laboratoryjnych urządzeń termostatycznych każda na kwotę o wartości minimum 100 000,00 zł brutto;
 - b) zaproponowane urządzenia nie spełniają zapisów specyfikacji – Wykonawca zaproponował obudowę ze szcztokowanej stali nierdzewnej;
 - 2) Ofertę nr 3 Wykonawcy Biogenet Sp. z o.o.; ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów ponieważ oferowany produkt nie spełnia zapisów specyfikacji dotyczących sposobu nawilżania. Zapytanie ofertowe dotyczy komór klimatycznych, fitotronowych, z nawilżaczem parowym. Przez „nawilżacz parowy” rozumiemy system, w którym woda zasilająca trafia do zbiornika wyposażonego w grzałkę i jest doprowadzona do wrzenia, generując w ten sposób sterylną parę wodną. Stosowany w proponowanych przez firmę Biogenet Sp. z o.o. urządzeniach system nawilżania przy użyciu generatora ultradźwiękowego nie spełnia wymagań Zamawiającego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mikrobiologicznej prowadzonych hodowli. Z uwagi na to, że komory będą przeznaczone do prowadzenia sterylnych kultur in vitro oraz aklimatyzacji sadzonek z in vitro do warunków naturalnych kwestia maksymalizacji czystości mikrobiologicznej panującej

w komorach jest dla Zamawiającego priorytetem.

2. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 Wykonawcy: **Alchem Grupa Sp. z o.o.; 87-100 Toruń, ul. Polna 21; Oddział Śląsk: ul. Kasprowicza 9/2, 43-300 Bielsko-Biała** z ceną ofertową brutto **506 760,00 zł**.

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzi wobec niego podstawa do wykluczenia z udziału z postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym.

3. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.06.2026 r. do godz. 12:00 na adres: zamowienia@iop.krakow.pl wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	Model oferowanej komory
1.	Alchem Grupa Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Polna 21 Oddział Śląsk: ul. Kasprowicza 9/2 43-300 Bielsko-Biała	506 760,00 zł	POL-EKO A.Polok-Kowalska Sp.k. model: KKS 1450 SMART PRO w wersji z FIT P LED MULTI, z panelami oświetleniowymi do KKS, wewnętrznym gniazdem sieciowym IP66 oraz funkcją niezależnej kontroli natężenia w panelach FIT
2.	ERDA Sp. z o.o. ul. Wiosenna 10 10-361 Olsztyn	860 000,00 zł	ERDA Sp. z o.o. Produkt dedykowany
3.	Biogenet Sp. z o.o. ul. Parkingowa 1 05-420 Józefów	442 800,00 zł	Biogenet Sp. z o.o. model: FITO 1400

prof. dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak

Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody

Polskiej Akademii Nauk

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sporządzono 1 egz.:

1 egz. – Aa.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przesłano mailem do Wykonawców.